



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 24 декабря 2020 года № РЗН 2020/13046

На медицинское изделие

**Консоль медицинская потолочная Кадуцей (Caduceus)
по ТУ 32.50.50-002-23481752-2019**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

**Общество с ограниченной ответственностью "ВестМедГрупп"
(ООО "ВестМедГрупп"), Россия,**

141983, Московская область, г. Дубна, ул. Программистов, д. 4, стр. 4, офис 103

Производитель

**Общество с ограниченной ответственностью "ВестМедГрупп"
(ООО "ВестМедГрупп"), Россия,**

141983, Московская область, г. Дубна, ул. Программистов, д. 4, стр. 4, офис 103

Место производства медицинского изделия

см. приложение

Номер регистрационного досье № РД-33620/38631 от 09.06.2020

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **2а**

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности **32.50.50.190**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 3 листах

приказом Росздравнадзора от 24 декабря 2020 года № 12364
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0054218

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 24 декабря 2020 года № РЗН 2020/13046

Лист 1

На медицинское изделие

Консоль медицинская потолочная Кадуцей (Caduceus)

по ТУ 32.50.50-002-23481752-2019, в состве:

1. Консоль медицинская потолочная Кадуцей (Caduceus), варианты исполнения: CC-A, CC-V, C1-A, C1-V, C2-A, C2-V, C1E-A, C1E-V, C2E-A, C2E-V, CC-VE, C1-VE, C2-VE, C1E-AL, C2E-AL, C1E-AP, C2E-AP, CB, CBN2, CBN4, CP - 1 шт.
2. Рельс медицинский настенный для крепления навесного оборудования - не более 10 шт., варианты исполнения:
 - 2.1. Рельс медицинский настенный для крепления навесного оборудования длиной 400 мм.
 - 2.2. Рельс медицинский настенный для крепления навесного оборудования длиной 500 мм.
 - 2.3. Рельс медицинский настенный для крепления навесного оборудования длиной 600 мм.
 - 2.4. Рельс медицинский настенный для крепления навесного оборудования длиной 700 мм.
 - 2.5. Рельс медицинский настенный для крепления навесного оборудования длиной 800 мм.
 - 2.6. Рельс медицинский настенный для крепления навесного оборудования длиной 900 мм.
 - 2.7. Рельс медицинский настенный для крепления навесного оборудования длиной 1000 мм.
3. Увлажнитель - не более 20 шт.
4. Увлажнитель кислорода с блоком подогрева Neptune - не более 20 шт.
5. Расходомер одинарный поплавковый - не более 20 шт.
6. Расходомер сдвоенный поплавковый - не более 20 шт.
7. Расходомер одинарный цифровой - не более 20 шт.
8. Расходомер сдвоенный цифровой - не более 20 шт.
9. Регулятор вакуума - не более 20 шт.
10. Регулятор вакуума торакальный - не более 20 шт.
11. Регулятор вакуума эжекционный - не более 20 шт.
12. Смеситель кислородно-воздушный с электронным цифровым дисплеем - не более 20 шт.
13. Емкость автоклавируемая для сбора аспирируемой жидкости - не более 20 шт., варианты исполнения:
 - 13.1. Емкость автоклавируемая для сбора аспирируемой жидкости объемом 1 л.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0076884

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 24 декабря 2020 года № РЗН 2020/13046

Лист 2

- 13.2. Емкость автоклавируемая для сбора аспирируемой жидкости объемом 2 л.
13.3. Емкость автоклавируемая для сбора аспирируемой жидкости объемом 4 л.
14. Корзина-держатель для ёмкости 4 л - не более 20 шт.
15. Емкость одноразовая для сбора аспирируемой жидкости - не более 100 шт., варианты исполнения:
15.1. Емкость одноразовая для сбора аспирируемой жидкости объемом 1 л.
15.2. Емкость одноразовая для сбора аспирируемой жидкости объемом 2 л.
15.3. Емкость одноразовая для сбора аспирируемой жидкости объемом 3 л.
16. Контейнер автоклавируемый для одноразовой емкости - не более 20 шт., варианты исполнения:
16.1. Контейнер автоклавируемый для одноразовой емкости объемом 1 л.
16.2. Контейнер автоклавируемый для одноразовой емкости объемом 2 л.
16.3. Контейнер автоклавируемый для одноразовой емкости объемом 3 л.
17. Штуцер автоклавируемый для подключения вакуумного регулятора - не более 20 шт.
18. Штуцер автоклавируемый для подключения линии пациента - не более 20 шт.
19. Кольцо-держатель емкости - не более 20 шт., варианты исполнения:
19.1. Кольцо-держатель емкости 1 л.
19.2. Кольцо-держатель емкости 2 л.
19.3. Кольцо-держатель емкости 3 л.
20. Зажим на медицинский рельс - не более 20 шт.
21. Зажим на медицинский рельс со шлангом - не более 20 шт.
22. Шланг многоразовый с вакуумным соединением - не более 20 шт.
23. Шланг с одноразовым соединителем (прерывателем вакуума) - не более 100 шт.
24. Соединитель одноразовый для прерывания вакуума - не более 100 шт.
25. Блок стандартный - не более 40 шт.
26. Разъем стандартный DIN 13260-2 - не более 40 шт.
27. Штекер DIN 13260-2 - не более 40 шт.
28. Разъем AGSS активный EN ISO 9170-2 - не более 10 шт.
29. Разъем AGSS пассивный EN ISO 9170-2 - не более 10 шт.
30. Штекер AGSS EN ISO 9170-2 - не более 10 шт.
31. Разъем AIR-MOTOR NIST EN ISO 5359 UNI 9507 - не более 10 шт.
32. Штекер AIR-MOTOR NIST EN ISO 5359 - не более 10 шт.
33. Кнопка вызова медперсонала - не более 5 шт.
34. Лампа обсервационная - не более 10 шт.
35. Корзина для медоборудования - не более 10 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0076885

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 24 декабря 2020 года № РЗН 2020/13046

Лист 3

36. Корзина для медицинских перчаток - не более 10 шт.
37. Штатив для внутривенного вливания - не более 10 шт.
38. Комплект полок на медрельс - не более 10 шт.
39. Кронштейн для монитора простой - не более 10 шт.
40. Кронштейн для монитора поворотный - не более 10 шт.
41. Кронштейн для монитора подъемно-поворотный - не более 10 шт.
42. Кронштейн для монитора двухплечевой - не более 10 шт.
43. Крепление кронштейна для монитора на медрельс - не более 10 шт.
44. Крепление кронштейна для монитора на вертикальную штангу - не более 10 шт.
45. Паспорт - 1 шт.

Место производства:

1. ООО "ВестМедГрупп", Россия, 140005, Московская область, г. Люберцы, ул. Кирова, д. 20А.
2. ООО "ВестМедГрупп", Россия, 141983, Московская область, г. Дубна, ул. Программистов, д. 4, стр. 6.

Handwritten mark

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0076886